



RAC-

Verstärker

nach **Lukas & Dr. Ludger
Stenneken**

Der V-Halter

-Serie 1-

Einführung:

RAC-Verstärker sind Hilfsmittel, um den **Reflexe Auriculo-Cardiaque** bei aktiven Punkten der Ohrakupunktur nach Nogier und Bahr deutlicher werden zu lassen.

Dies erfolgt konstruktionsbedingt durch eine verbesserte Fokussierung der Informationen auf einen Punkt und / oder durch Ausschalten des Einflusses eventuell aktiver Punkte des Behandlers¹.

Sicherheitshinweise:

Alle RAC-Verstärker sind aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, welcher keine nennenswerte Eigenschwingung hat, die das Messergebnis verfälschen könnte. Dieser thermoplastische Kunststoff ist allerdings durch diese Eigenschaft empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Die RAC-Verstärker dürfen daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Sie werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und weisen daher sichtbare Schichten / Streifen auf.

Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. Sie sind nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar. Bei Verwendung der

Geräte aus Serie 1 ist kein direkter Hautkontakt zum Patienten vorgesehen. Die RAC-Verstärker sind von Kindern fernzuhalten und nur von in der RAC-kontrollierten Ohrakupunktur ausgebildeten Therapeuten am Patienten anzuwenden.

Alle RAC-Verstärker der Serie 1 werden in Kombination mit Spitzampullen vom Durchmesser 9mm verwendet (Bezugsquelle z.B. Blum Akupunkturbedarf). Der Ampullenhalter kann auch mit Brechampullen der Größe 1ml (z.B. Vitamin B12) verwendet werden. Der V-Halter ist ausschließlich für 9mm Spitzampullen konstruiert. Unser Implantatnadelhalter wird mit den resorbierbaren Templex Implantatnadeln der Firma Lametec verwendet und kann gleichzeitig 2 Ampullen des Durchmessers 9mm oder 8mm (z.B. mit homöopathischen Mitteln) tragen.

Da es sich bei allen Ampullen um Glasampullen handelt, ist besondere Vorsicht bei der Handhabung geboten, um Glasbruch und damit Verletzungen zu vermeiden.

Der Therapeut trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für eventuelle Verletzungen durch falsche oder missbräuchliche Anwendung der RAC-Verstärker. Ebenso trägt er auch bei Verwendung unserer RAC-Verstärker die volle Verantwortung für die Behandlung der Patienten.

Defekte RAC-Verstärker dürfen nicht weiter verwendet werden. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Benutzungshinweise:

Wir haben den V-Halter dafür konstruiert, um die Informationen von zwei Testampullen gleichzeitig auf einen Punkt zu fokussieren und gleichzeitig den Einfluss des Behandlers auf die Messung zu minimieren bzw. auszuschalten.

Er ist prädestiniert dafür, z.B. eine Störherdampulle aus dem Störherd-Set und gleichzeitig ein Vitamin zu tragen. So kann der Behandler beide Ampullen gleichzeitig in definiertem Abstand und Achse zur Messung in die Nähe des Patienten bringen, ohne selbst die Ampullen in diesem Winkel mit der Hand fixieren zu müssen. Der Behandler berührt bei

der Messung die Ampullen nicht, so dass sein Einfluss, z.B. bei einem eigenen, nicht therapierten Störherd ausgeschlossen wird.

Eine weitere Anwendung ist die Verstärkung eines Punktes mit zwei verschiedenen Blüten. Ein Beispiel hierfür wäre Walnut und Larkspur, die beide eine Resonanz zum Punkt Ni6 und zum Zahn 35 bzw. 45 haben. Der Punkt Ni6 oder der Zahn kann so einfacher mit einem deutlicheren RAC gefunden werden.

Die 9mm Ampullen werden gerade mit ihrem Deckel am Ende eines Slots des V-Halters eingesetzt und dann vorne eingeklickt. Wenn beide Ampullen eingesetzt sind, werden sie etwas nach vorn geschoben, bis sich beide Spitzen nahezu berühren.

Der Halter wird zur Messung am Griff gehalten und die Spitzen der Ampullen mit den Testsubstanzen über das Ohr oder den Körper geführt. Dabei wird der RAC getastet, um den oder die aktiven Punkte zu finden.

Die Ampullen können nach der Messung von der Spitze her aus der Halterung nach oben herausgeklickt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren RAC-Verstärkern!

Diese Anleitung gilt geschlechtsübergreifend, obwohl nur die männliche Form verwendet wird.¹

Vertrieb:

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH
Breslauer Straße 42
D - 82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42 / 44 84 80
Fax: 0 81 42 / 44 84 820
Internet: www.Blum-Akupunktur.de
Mail: info@blum-akupunktur.de