



RAC- Verstärker

nach Lukas & Dr. Ludger
Stenneken

Ampullenhalter Kompakt

-Serie 1-

Einführung:

RAC-Verstärker sind Hilfsmittel, um den **Reflexe Auriculo-Cardiaque** bei aktiven Punkten der Ohrakupunktur nach Nogier und Bahr deutlicher werden zu lassen.

Dies erfolgt konstruktionsbedingt durch eine verbesserte Fokussierung der Informationen auf einen Punkt und / oder durch Ausschalten des Einflusses eventuell aktiver Punkte des Behandlers¹.

Sicherheitshinweise:

Alle RAC-Verstärker sind aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, welcher keine nennenswerte Eigenschwingung hat, die das Messergebnis verfälschen könnte. Dieser thermoplastische Kunststoff ist allerdings durch diese Eigenschaft empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Die RAC-Verstärker dürfen daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Sie werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und weisen daher sichtbare Schichten / Streifen auf.

Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. Sie sind nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar. Bei Verwendung der Geräte aus Serie 1 ist kein direkter Hautkontakt zum Patienten vorgesehen. Die RAC-Verstärker sind von Kindern fernzuhalten und nur von in der RAC-kontrollierten Ohrakupunktur ausgebildeten Therapeuten am Patienten anzuwenden.

Alle RAC-Verstärker der Serie 1 werden in Kombination mit Spitzampullen vom Durchmesser 9mm verwendet (Bezugsquelle z.B. Blum Akupunkturbedarf). Der Ampullenhalter kann auch mit Brechampullen der Größe 1ml (z.B. Vitamin B12) verwendet werden. Der V-Halter ist ausschließlich für 9mm Spitzampullen konstruiert. Unser Implantatnadelhalter wird mit den resorbierbaren Templax Implantatnadeln der Firma Lametec verwendet und kann gleichzeitig zwei Ampullen des Durchmessers 9mm oder 8mm (z.B. mit homöopathischen Mitteln) tragen.

Da es sich bei allen Ampullen um Glasampullen handelt, ist besondere Vorsicht bei der Handhabung geboten, um Glasbruch und damit Verletzungen zu vermeiden.

Der Therapeut trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für eventuelle Verletzungen durch falsche oder missbräuchliche Anwendung der RAC-Verstärker. Ebenso trägt er auch bei Verwendung unserer RAC-Verstärker die volle Verantwortung für die Behandlung der Patienten.

Defekte RAC-Verstärker dürfen nicht weiter verwendet werden. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Benutzungshinweise:

Wir haben den Ampullenhalter Kompakt dafür konstruiert, um den Einfluss des Behandlers auf die Messung zu minimieren bzw. auszuschalten.

Er ist prädestiniert dafür, 9mm-Spitzampullen mit beispielsweise den Blütenessenzen des negativen und destruktiven Qi oder Histamin bzw. Endoxan aus dem Störherd-Set (alles separat erhältlich) zu tragen. So kann der Behandler die Ampullen zur Messung in die Nähe des Patienten bringen, ohne selbst die Ampullen direkt berühren zu müssen. Dies verhindert eine eventuelle Oszillation oder Schwächung des Behandlers, welche die Messung am Patienten unmöglich machen oder erschweren würde.

Die 9mm Spitzampullen werden mit ihrem Deckel zuerst, also rückwärts in die Aussparung am Griff eingeschoben. Siehe Abbildung 1. Wenn der Deckel der Ampulle im Griff anstößt, wird die Ampulle vorne eingeklickt. Siehe Abbildung 2. Die Entnahme erfolgt umgekehrt, d.h. zuerst an der Spitze nach oben herausklicken und dann nach vorne entnehmen.

Der Halter wird zur Messung am Griff

gehalten, ohne die Ampulle zu berühren. Dann wird die Ampulle mit der Testsubstanz im Halter über das Ohr oder den Körper geführt. Dabei wird der RAC getastet, um den oder die aktiven Punkte zu finden.




Abbildung 1




Abbildung 2

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren RAC-Verstärkern!

Diese Anleitung gilt geschlechtsübergreifend, obwohl nur die männliche Form verwendet wird.¹

Vertrieb:

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH

Breslauer Straße 42

D - 82194 Gröbenzell

Tel.: 0 81 42 / 44 84 80

Fax: 0 81 42 / 44 84 820

Internet: www.Blum-Akupunktur.de

Mail: info@blum-akupunktur.de