RJ Gefäßapplikator

Der RJ Gefäßapplikator wird zur Therapie von länglichen Arealen verwendet, in erster Linie zur non-invasiven Laserblutbestrahlung aber auch zur Behandlung von Sehnen, Faszien, Knochen.

Die Lichtleiter des RJ Gefäßapplikators werden in die entsprechenden Buchsen der LightNeedle 300 gesteckt. Zur Therapie wird der RJ Gefäßapplikator mit der Unterseite auf das zu bestrahlende Gefäß oder Sehne gelegt und mit den Bändern befestigt. Wir empfehlen die Hautfläche mit dünner, durchsichtiger Kunstofffolie (Haushaltsfolie) zu bedecken oder den Applikator zu umhüllen, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Oberflächlich liegenden Gefäße wie A. Radialis oder die V. cephalica, V. intermedia cubiti, eignen sich zur Bestrahlung.



REIMERS & JANSSEN GmbH, Photomedizin — Lasertherapie

Fabrikstraße 22, 79183 Waldkirch

Tel. 07681-4934149, service@rj-laser.com, www.rj-laser.com

V. 1.0, 02.09.2020